Gebrauchsanweisungen

受控

Produktbezeichnung

STERILE INFUSIONSSET FÜR

Beschreibung

Einweg-Infusionsvorrichtungen zur enteralen Verabreichung von Arzneimitteln werden verwendet, um Flüssigkeiten in das gastrointestinale System von Patienten zu bringen, die körperlich nicht essen und schlucken können.

Modell und Klasse

IEGS-1

Hauptkonstruktion und Leistung

Eine enterale Infusionsvorrichtung besteht aus einer Schutzkappe, einer Punktionsvorrichtung, einem Luftfilter, einem integrierten Lufteinlass, einer Tropfkammer, einem Schlauch, einem Durchflussregler, einer gastroösophagealen konischen Verbindung, einer konischen Verbindungsschutzkappe und dergleichen.

Indikationen

1. Öffnen Sie die kleine Produktverpackung, ziehen Sie die Schutzkappe des Punktors heraus und stecken Sie das Punktor in den Stopfen der Nährlösungsflasche oder -beutel ein.
2. Hängen Sie die Nährlösungsflasche oder den Beutel auf den Kopf, lösen Sie den Durchflussregler, drücken Sie den Tropfen, so dass der Flüssigkeitsstand im Tropfen auf etwa 2/3 kontrolliert wird, entlassen Sie die Luft im Rohr, füllen Sie die gesamte Rohrleitung mit Nährlösung oder flüssigen Lebensmitteln und schließen Sie den Durchflussregler aus.
3. Verbinden Sie die gastroösophageale konische Verbindung mit dem gastroösophageal, öffnen Sie den Durchflussregler und regulieren Sie die Transportgeschwindigkeit der enteralen Nährlösung oder flüssigen Lebensmittel, bis die gewünschte Geschwindigkeit erreicht ist, und die Transport kann durchgeführt werden.

Zweckmäßige Verwendung

Die Vorrichtung dient der Zuführung von Flüssigkeiten in das Magen-Darm-System eines Patienten, der körperlich nicht fähig ist, zu essen und zu schlucken.
Bestimmter Anwender: Ausgebildetes Pflegepersonal in medizinischen Einrichtungen.
Erwartete Patientenpopulation:

①Altersgruppe: keine Begrenzung, einschließlich Neugeborener bis zu älteren Menschen;

② Gewichtsbereich: Alle

③ Gesundheit: Patienten, die aufgrund ihrer körperlichen Verfassung nicht selbstständig essen können, müssen Nährlösung oder flüssige Nahrung über ein Darm-Infusionsgerät erhalten.

Kontraindikationen

Fettlösliche Flüssigkeiten, Fettlotionen und andere Nährlösungen oder flüssige Lebensmittel dürfen nicht infundiert werden. Die Infusion von Nährlösungen, die mit PVC nicht verträglich sind, ist verboten.

WARNUNG

1. Lesen Sie die Bedienungsanleitung des Produkts sorgfältig, bevor Sie das Produkt verwenden. Überprüfen Sie die Integrität der Verpackung, die einzelne Verpackung ist beschädigt und feucht, die Schutzhülle fällt ab und es befinden sich Fremdkörper im Inneren, die Verwendung ist verboten.

2. Dieses Produkt ist für den einmaligen Gebrauch und wird nach dem Gebrauch zerstört; Wiederholte Anwendung kann zu Kreuzinfektionen oder anderen Verletzungen führen.

3. Nach Ablauf des Gültigkeitsdatums ist es verboten, es zu verwenden.

4. Das Produkt darf nicht an Orten mit hoher Temperatur, Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung gelagert werden.

5. Das Produktrohr besteht aus PVC-Material. Wenn das Arzneimittel DEHP enthält, sollte auf mögliche Toxizität in Hochrisikogruppen (Neugeborene, präpuberale Männer, schwangere und stillende Frauen) geachtet werden, und fettlösliche Flüssigkeiten wie Fettemulsionen und Arzneimittel sollten nicht infundiert werden. Infusionen von Arzneimitteln, die mit PVC nicht kompatibel sind, sind verboten.

Symbolen

	Hersteller		CE-Kennzeichnung und Identifikationsnummer der benannten Stelle
	Bevollmächtigter Vertreter der Europäischen Gemeinschaften		Eindeutige Geräteidentifikation
	Importeure		Chargencode
	MEDIZINISCHE GERÄT		Herstellungsdatum, hergestellt in China
	Vorsichtig		Benutzer
	Konsultieren Sie die Gebrauchsanweisung		Trocken bleiben
	NICHT WEITERVERWENDEN		Weg weg Von Sonnenschein
	Sterilisation mit Ethylenoxid, einziges steriles Barrieresystem		Zerbrechlich, sorgfältig handhaben
	Keine Resterilisation		Halten Sie während des Transports aufrecht
	Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist		Katalognummer
	Enthält Latex		Latex frei
	Enthält Phthalate		Frei von Phthalaten

	Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist. Befolgen Sie die Anweisungen sorgfältig.			Sonneneinstrahlung vermeiden
	Temperaturbegrenzung			Luftfeuchtigkeitsbegrenzung

Unfallmeldung

Anwender und/oder Patienten sollten alle schwerwiegenden Ereignisse im Zusammenhang mit dem Gerät an Anhui Yiwei Medical Products Co., Ltd. und den zuständigen Behörden des Mitgliedstaats der Europäischen Union melden, in dem sich der Anwender und/oder Patient befindet.

Umweltschutz

Nach der Verwendung dieses Produkts erfolgt die Entsorgung von Medizinproduktabfällen im Einklang mit den einschlägigen Vorschriften und Umweltschutzanforderungen.

Lagerverfahren und Lebensdauer

1. Dieses Produkt ist fünf Jahre ab dem Datum der Sterilisation gültig.

2. Dieses Produkt sollte vor direkter Sonneneinstrahlung, Regen und Schnee geschützt werden. Das Produkt sollte in einer kühlen, trockenen, gut belüfteten und sauberen Umgebung mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von weniger als 80%, ohne korrosive Gase gelagert werden.



Anhui Easyway Medical Supplies Co.,Ltd.
Nr. 8, Tianfeng-Straße, Yongfeng-Industriegebiet, Tianchang, Provinz Anhui, 239300
www.easywaycompany.com

EU REP

Shanghai International Holdings Limited (Europa)
Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Deutschland
Telefon: +49-40-2513175

Version: 2.0 Inkrafttreten: 28.08.2025