Istruzioni per l'uso

受控

Nome del prodotto

Set per trasfusioni sterili per uso singolo

La descrizione

I set di somministrazione enterale per infusione monouso sono utilizzati per consegnare liquidi nel sistema gastrointestinale di un paziente fisicamente incapace di mangiare e deglutire.

Modello e classe

IEGS-1

Struttura e proprietà principali

I set di infusione enterale sono costituiti da tappo protettivo, dispositivo di perforazione, filtro d'aria, ingresso d'aria integrale, camera di gocciolamento, tubo, regolatore di flusso, montaggio conico gastroesofageo, montaggio conico, montaggio conico e così via.

Le indicazioni

1. Aprire la piccola confezione del prodotto, estrarre il tappo protettivo del dispositivo di perforazione e inserire il dispositivo di perforazione nel tappo della bottiglia o della sacca di soluzione nutritiva.
2. Appendere la bottiglia o la sacca di soluzione nutritiva a testa in giù, allentare il regolatore di flusso, spremere la goccia, in modo che il livello del liquido nella goccia sia controllato a circa 2/3, scaricare l'aria nel tubo, riempire l'intera tubazione con soluzione nutritiva o cibo liquido e chiudere il regolatore di flusso.
3. collegare il raccordo conico gastroesofageo con il gastroesofago, aprire il regolatore di flusso, regolare la velocità di consegna della soluzione nutritiva enterale o del cibo liquido, fino alla velocità richiesta, quindi la consegna può essere effettuata.

Lo scopo previsto

Il dispositivo viene utilizzato per consegnare liquidi nel sistema gastrointestinale di un paziente fisicamente incapace di mangiare e deglutire.
Utente previsto: personale infermieristico qualificato dell'istituto medico.
Popolazione di pazienti prevista:

① fascia d'età: non limitata, includendo neonati a geriatrici;

② Intervallo di peso: tutto

③ Salute: i pazienti che non possono mangiare autonomamente a causa della loro condizione fisica devono ricevere soluzione nutritiva o cibo fluido attraverso un dispositivo di infusione intestinale.

Le controindicazioni

Cibo liquido o liquido come liquido liposolubile e lozione grassa non devono essere trasfusati. Vietare l'infusione di soluzioni nutritive incompatibili con il pvc.

L'avvertimento

1. Le istruzioni di utilizzo del prodotto devono essere lette attentamente prima di utilizzare il prodotto. Controllare l'integrità dell'imballaggio, il singolo imballaggio è danneggiato e umido, il manicotto protettivo è staccato, ci sono oggetti estranei all'interno ed è vietato l'uso.

2. questo prodotto viene utilizzato monouso, distrutto dopo l'uso; Riutilizzo può causare infezioni incrociate o altre lesioni.

3. data di scadenza superata, uso vietato.

4. I prodotti non possono essere immagazzinati in luoghi con temperature elevate, umidità e luce solare diretta.

5. il tubo del prodotto è fatto di materiale in pvc. Se il prodotto contiene dehp, la possibilità di tossicità deve essere prestata attenzione alla popolazione ad alto rischio (neonati, maschi prepuberali, donne in gravidanza e donne in allattamento). Liquidi liposolubili e medicinali come l'emulsione grassa non devono essere infusati. Vietato di infusione di medicinali incompatibili con il PVC.

Il simbolo

	Il produttore		Marchio e numero di identificazione dell'organismo notificato
	Rappresentante autorizzato nella Comunità europea		Identificazione unica del dispositivo
	L'importatore		Codice lotto
	Dispositivi medici		Data di fabbricazione, fabbricazione in Cina
	La cautela		Uso da
	Consultare le istruzioni per l'uso		Mantieni asciutto
	Non riutilizzare		Stai lontano. Dalla luce del sole
	Sterilizzato con eo, sistema di barriera sterile singolo		Fragile, maneggiare con cura
	Non risterilizzare i punti		Mantenere in posizione verticale durante il trasporto
	Non usare se la confezione è danneggiata		Numero di catalogo
	Contiene lattice		Senza lattice
	Contiene ftalato		Senza ftalato
	Non utilizzare se l'imballaggio è danneggiato. Seguire attentamente le istruzioni.		Proteggere dalla luce solare

	Limite di temperatura			luftfeuchte begrenzung

Segnalazione degli incidenti

L'utente e/o il paziente segnalano eventuali incidenti gravi verificatisi in relazione al dispositivo a anhui easyway medical supplies co., ltd e all'autorità competente dello Stato membro dell'UE in cui è stabilito l'utente e/o il paziente.

Protezione ambientale

Dopo l'uso di questo prodotto, lo smaltimento dei rifiuti di dispositivi medici è conforme alle normative pertinenti e ai requisiti di protezione ambientale.

Metodo di conservazione e durata di servizio

1. Questo prodotto è valido per cinque anni dalla data di sterilizzazione.
2. Questo prodotto deve essere protetto dalla luce solare diretta, dalla pioggia e dalla neve. Prodotto deve essere conservato in un ambiente relativamente umido inferiore all'80%, non corrosivo, fresco, asciutto, ben ventilato e pulito.



Anhui Easyway Medical Supplies Co., Ltd.
No.8, Tianfeng Road, Yongfeng Industrial Area, Tianchang City, 239300 Anhui, Cina
www.easywaycompany.com

EU REP

Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europa)
Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germania
Tel: +49-40-2513175

Rev.: 2.0 data di entrata in vigore: 8.28.2025