Gebrauchsanweisungen

受控

Produktbezeichnung

STERILE BURETE INFUSIONSSET FÜR EINWEGGEWEBE

Produktbeschreibung

Das sterile Einweg-Büretten-Infusionsset besteht aus einer Schutzkappe, einem Punktor, einem Luftfilter, einer Tropfkammer, einer abgestuften Bürette, einer Leitung, einem Durchflussregler, einem Flüssigkeitsfilter, einer intravenösen Infusionsnadel oder einer Injektionsnadel und einem äußeren Konusanschluss. Die verwendeten Teile und Materialien entsprechen den medizinischen Anforderungen. Es wird mit Ethylenoxid sterilisiert, das die Eigenschaften von Sterilität, Pyrogenfreiheit, einfacher Verwendung und Sicherheit aufweist.

Modell

BIS-NFSVF-1, BIS-NFSVF-2, BIS-NFSVC-1, BIS-NFSVC-2
BIS-NCSVF-1, BIS-NCSVF-2, BIS-NCSVC-1, BIS-NCSVC-2

Hauptkonstruktion und Leistung

Sterile Büretten-Infusionsset für Einwegprodukte, bestehend aus einer Punktor-Schutzkappe, einem Punktor, einem Lufteinlass mit Verschluss, einem Luftfilter, einer Leitung, einem Durchflussregler, einer Injektionsstelle, einem Lufteinlass mit Luftfilter und Verschluss, einer oberen Abdeckung einer abgestuften Bürette, einer abgestuften Bürette, einem Absperrventil, einer unteren Abdeckung einer abgestuften Bürette, einem Tropfer, einer Tropfkammer, einem Flüssigkeitsfilter, einer männlichen Kegelanschlusskappe oder einer subkutanen Injektionsnadel.

Medizinische Zustände

Routinemärztliche Szenarien.

Funktionsprinzip

Bei einem nach dem Prinzip des Atmosphärendrucks und des hydrostatischen Drucks gebildeten Infusionssystems fließt die Flüssigkeit in der Infusionsflasche aus dem Infusionsschlauch in den Tropfbehälter. Wenn der Wassersäulendruck im Tropffass größer ist als der venöse Druck im Körper, fließt die Flüssigkeit in der Infusionsflasche aus dem Schlauch in die Vene.

Zweckmäßige Verwendung

Das sterile Einweg-Büret-Infusionsset wird für die menschliche intravenöse Infusion verwendet, geeignet für die Infusion von Kindern und bei Gelegenheiten, bei denen eine präzise Kontrolle der Infusionsdosis erforderlich ist.

Zielbenutzer: medizinisches Fachpersonal, einschließlich Ärzte, Krankenschwestern, Therapeuten und anderes relevantes Personal mit medizinischen Wissenschaften;
Erwartete Patientenpopulation:

Es eignet sich für die intravenöse Infusion von Arzneimitteln bei Säuglingen und Kleinkindern oder speziellen erwachsenen Patienten, die eine präzise Kontrolle des Infusionsvolumens benötigen, insbesondere bei Säuglingen und Kleinkindern oder Patienten mit Herz- und Nierenfunktionsversagen sowie bei Patienten, die kleine Dosen, mehrere Medikamente und kurze Intervalle benötigen Infusion.

Kombination von Geräten und Produkten

Bei Verwendung mit einer medizinischen Flüssigkeit wird eine dosierte Menge der medizinischen Flüssigkeit durch eine Infusionsnadel in eine menschliche Vene injiziert.

Beschreibung:

1. Öffnen Sie die Einzelpackung des Arzneimittels, entnehmen Sie das sterile Einwegbüretten-Infusionsset, entfernen Sie die Schutzkappe des Punktors und setzen Sie das Punktor in die Durchstechflasche oder den Beutel ein.

2. Schließen Sie den Durchflussregler unter der Skalenbürette und öffnen Sie den geschlossenen Lufteinlass mit Verschluss am oberen Deckel der Bürette.

3. Hängen Sie die Medikamentenflasche oder den Medikamentenbeutel auf den Kopf, drücken Sie die graduierte Bürette, bis die in die Bürette eintretende Medikamentenflüssigkeit die gewünschte Infusionsvolumenmarke erreicht, und schließen Sie den Durchflussregler über der Bürette aus.

4. Lösen Sie den Durchflussregler, drücken Sie die Tropfkammer und kontrollieren Sie den Flüssigkeitsspiegel in der Tropfkammer auf etwa 2/3. Nachdem die innere Luft abgeführt wurde, füllen Sie das gesamte Rohr mit medizinischer Flüssigkeit und schließen Sie den Durchflussregler aus.

5. Wenn das Infusionsset mit einer subkutanen Injektionsnadel ausgestattet ist, ziehen Sie die Schutzhülle der subkutanen Injektionsnadel heraus, führen Sie die subkutane Injektionsnadel in eine menschliche Vene ein, öffnen Sie den Durchflussregler und regulieren Sie die Fördergeschwindigkeit der medizinischen Flüssigkeit, bis die gewünschte Geschwindigkeit erreicht ist, dann kann die Infusion durchgeführt werden.

6. Wenn das Infusionsset nicht mit einer Hypodermnadel ausgestattet ist, öffnen Sie die Einheitspackung der Hypodermnadel, setzen Sie die Hypodermnadel auf den männlichen konischen Anschluss am Ende des Infusionssets und befolgen Sie die Schritte 4 und 5.
(20 Tropfen destilliertes Wasser entsprechen 1 ml oder 60 Tropfen destilliertes Wasser entsprechen 1 ml bei 20°C.)

Kontraindikationen/Warnhinweise:

1. Lesen Sie die Bedienungsanleitung des Produkts sorgfältig, bevor Sie das Produkt verwenden. Überprüfen Sie die Integrität der Verpackung, die einzelne Verpackung ist beschädigt und feucht, die Schutzhülle fällt ab und es befinden sich Fremdkörper im Inneren, die Verwendung ist verboten.

2. Dieses Produkt ist für den einmaligen Gebrauch und wird nach dem Gebrauch zerstört; Wiederholte Anwendung kann zu Kreuzinfektionen oder anderen Verletzungen führen.

3. Nach Ablauf des Gültigkeitsdatums ist es verboten, es zu verwenden.

4. Das Produkt darf nicht an Orten mit hoher Temperatur, Feuchtigkeit und direkter Sonneneinstrahlung gelagert werden.

5. Die Tropfkammer und das Schlauch des sterilen Büretten-Infusionssatzes für Einweggeräteprodukte sind aus PVC-Material, wenn das Verpackungsetikett zeigt, dass das Produktmaterial DEHP enthält, sollte auf mögliche Toxizität in Hochrisikogruppen (Neugeborene, präpuberale Männer, schwangere und stillende Frauen) geachtet werden. Die Infusion von fettlöslichen Flüssigkeiten wie Fettemulsionen und Arzneimitteln ist nicht geeignet. Infusionen von Arzneimitteln, die mit PVC nicht kompatibel sind, sind verboten.

6. Wegwerfen Sie das Infusionsset nach Gebrauch nicht willkürlich. Entsorgen Sie das Infusionsset nach Gebrauch gemäß den Vorschriften am Standort des Anwenders.

"Symbol"

	Hersteller		CE-Kennzeichnung und Identifikationsnummer der benannten Stelle

EU REP	Bevollmächtigter Vertreter der Europäischen Gemeinschaften		UDI	Eindeutige Geräteidentifikation
	Importeure		LOT	Chargencode
MD	MEDIZINISCHE GERÄT		CN	Herstellungsdatum, hergestellt in China
	Vorsichtig			Benutzer
	Konsultieren Sie die Gebrauchsanweisung			Trocken bleiben
	NICHT WEITERVERWENDEN			Weg weg Von Sonnenschein
STERILE EO	Sterilisation mit Ethylenoxid, einziges steriles Barrieresystem			Zerbrechlich, sorgfältig handhaben
STERILIZE	Keine Resterilisation			Halten Sie während des Transports aufrecht
	Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist		REF	Katalognummer
LATEX	Enthält Latex		LATEX	Latex frei
PHT DEHP	Enthält Phthalate		PHT DEHP	Frei von Phthalaten
	Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist. Befolgen Sie die Anweisungen sorgfältig.			Sonneneinstrahlung vermeiden
	Temperaturbegrenzung		%	Luftfeuchtigkeitsbegrenzung
20 ml	Tropfen pro ml		15 µm	FLÜSSIGKEITSFILTER MIT

Unfallmeldung

Anwender und/oder Patienten sollten alle schwerwiegenden Ereignisse im Zusammenhang mit dem Gerät an Anhui Yiwei Medical Products Co., Ltd. und den zuständigen Behörden des Mitgliedstaats der Europäischen Union melden, in dem sich der Anwender und/oder Patient befindet.

Umweltschutz

Nach der Verwendung dieses Produkts erfolgt die Entsorgung von Medizinproduktabfällen in Übereinstimmung mit den einschlägigen Vorschriften und Umweltanforderungen.

Lagerverfahren und Lebensdauer

1. Dieses Produkt ist fünf Jahre ab dem Datum der Sterilisation gültig.

2. Dieses Produkt sollte vor direkter Sonneneinstrahlung, Regen und Schnee geschützt werden. Das Produkt sollte in einer kühlen, trockenen, gut belüfteten und sauberen Umgebung mit einer relativen Luftfeuchtigkeit von weniger als 80%, ohne korrosive Gase gelagert werden.

Anhui Easyway Medical Supplies Co.,Ltd.
Nr. 8, Tianfeng-Straße, Yongfeng-Industriegebiet, Tianchang-Stadt, Provinz Anhui, 239300
www.easywaycompany.com

EU REP
Shanghai International Holdings Limited (Europa)
Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Deutschland
Telefon: +49-40-2513175

Version: 2.0 Inkrafttreten: 28.08.2025