Istruzioni per l'uso

受控

Nome del prodotto

Set per infusione di burette sterile per uso singolo

Descrizione del prodotto

I set di infusione di burette sterile per uso singolo sono costituiti da cappuccio protettivo, dispositivo di perforazione della chiusura, filtro d'aria, camera di gocciolamento, buretta graduata, tubo, regolatore di flusso, filtro fluido, ago per infusione endovenosa o ago per iniezione, montaggio conico maschio. Tutte le parti e i materiali utilizzati in questo può soddisfare i requisiti medici. Sterilizzato da eo, caratterizzato da sterile, priva di pirogeni, facile da usare e sicuro.

Il modello

BIS-NFSVF-1, BIS-NFSVF-2, BIS-NFSVC-1, BIS-NFSVC-2
BIS-NCSVF-1, BIS-NCSVF-2, BIS-NCSVC-1, BIS-NCSVC-2

Struttura e proprietà principali

I set di infusione di burette sterile sterile per prodotti monouso includono il tappo protettivo del dispositivo di chiusura perforazione, dispositivo di chiusura perforazione, ingresso d'aria con chiusura, filtro d'aria, tubo, regolatore di flusso, sito di iniezione, ingresso d'aria con filtro d'aria e chiusura, coperchio superiore della buretta graduata, buretta graduata, valvola di chiusura, coperchio inferiore della buretta graduata, tubo di gocciolamento, camera di gocciolamento, filtro fluido, raccordo conico maschio, cappuccio protettivo del raccordo conico maschio o ago ipodermico.

Condizione(i) mediche

Scenari medici di routine.

Principio di funzionamento

Nel sistema di infusione formato dal principio della pressione atmosferica e della pressione idrostatica, il liquido nella bottiglia di infusione scorre nel secchio a goccia dal tubo di infusione. Quando la pressione della colonna d'acqua nel secchio di gocciolamento è maggiore della pressione venosa nel corpo, il liquido nella bottiglia di infusione scorre nella vena dal tubo.

Lo scopo previsto

I set di infusione di burette sterile per uso singolo sono utilizzati per infusione endovenosa del corpo umano, è adatto per infusione infantile e occasioni che richiedono un controllo preciso della dose di infusione.

Gli utenti previsti: personale medico professionale, compresi medici, infermieri, terapeuti e altri membri del personale competente con scienze mediche;

Popolazione di pazienti prevista:

Adatto per l'infusione endovenosa di farmaci nei neonati e nei bambini piccoli o nei pazienti adulti speciali che richiedono un controllo preciso del volume di infusione, in particolare nei neonati e nei bambini piccoli o nei pazienti con insufficienza cardiaca e renale, nonché nei pazienti che richiedono piccole dosi, più farmaci e brevi intervalli di infusione.

La combinazione del dispositivo con il prodotto

Usato insieme al medicinale liquido, il medicinale liquido quantitativo viene iniettato nella vena umana attraverso l'ago per infusione.

Istruzioni:

1. Aprire l'imballaggio dell'unità del prodotto, estrarre il set di infusione della buretta sterile per il

dispositivo monouso, rimuovere il tappo protettivo del dispositivo di perforazione e inserire il dispositivo di perforazione nella bottiglia o nella sacca di farmaci.

2. chiudere il regolatore di flusso sotto la buretta graduata e aprire l'ingresso d'aria chiuso con chiusura sul coperchio superiore della buretta.

3. Appendere la bottiglia o la sacca del liquido farmaceutico a testa in giù, spremere la buretta graduata fino a quando il liquido farmaceutico che entra nella buretta raggiunge il marchio di capacità di infusione richiesto e chiudere il regolatore di flusso sopra la buretta.

4. Allentare il regolatore di flusso, spremere la camera di gocciolamento e controllare il livello del liquido nella camera di gocciolamento a circa 2/3. Dopo aver esaurito l'aria nel tubo, riempire l'intero tubo con liquido medicinale e chiudere il regolatore di flusso.

5. Se il set di infusione è dotato di un ago ipodermico, estrarre il manicotto protettivo dell'ago ipodermico, inserire l'ago ipodermico nella vena umana, aprire il regolatore di flusso e regolare la velocità di consegna della soluzione del farmaco fino a raggiungere la velocità desiderata, allora l'infusione può essere effettuata.

6. Se il set di infusione non è dotato di un ago ipodermico, aprire il pacchetto unitario dell'ago ipodermico, installare l'ago ipodermico sul raccordo conico maschile alla fine del set di infusione e seguire le fasi 4 e 5.

(a 20 ℃, 20 gocce di acqua distillata equivale a 1 ml o 60 gocce di acqua distillata equivale a 1 ml.)

Controindicazioni/avvertimento:

1. Le istruzioni di utilizzo del prodotto devono essere lette attentamente prima di utilizzare il prodotto. Controllare l'integrità dell'imballaggio, il singolo imballaggio è danneggiato e umido, il manicotto protettivo è staccato, ci sono oggetti estranei all'interno ed è vietato l'uso.

2. questo prodotto viene utilizzato monouso, distrutto dopo l'uso; Riutilizzo può causare infezioni incrociate o altre lesioni.

3. data di scadenza superata, uso vietato.

4. I prodotti non possono essere immagazzinati in luoghi con temperature elevate, umidità e luce solare diretta.

5. la camera a goccia e il tubo dei set per infusione di burette sterile per prodotti a dispositivo monouso sono realizzati in materiale pvc, se l'etichetta dell'imballaggio mostra che il materiale del prodotto contiene dehp, è necessario prestare attenzione a possibili tossicità alla popolazione ad alto rischio (neonati, maschi prepuberali, donne in gravidanza e donne in allattamento). Liquidi solubili in grasso e medicinali come l'emulsione grassa non devono essere infusati. Vietato di infusione di medicinali incompatibili con il PVC.

6. non scartare il set per infusione dopo l'uso a volontà. Smaltire il prodotto del set per infusione dopo l'uso in conformità con le disposizioni relative alla posizione dell'utente.

"Simbolo"

	Il produttore		Marchio e numero di identificazione dell'organismo notificato
	Rappresentante autorizzato nella Comunità europea		Identificazione unica del dispositivo

	L'importatore			Codice lotto
	Dispositivi medici			Data di fabbricazione, fabbricazione in Cina
	La cautela			Uso da
	Consultare le istruzioni per l'uso			Mantieni asciutto
	Non riutilizzare			Stai lontano. Dalla luce del sole
	Sterilizzato con eo, sistema di barriera sterile singolo			Fragile, maneggiare con cura
	Non risterilizzare i punti			Mantenere in posizione verticale durante il trasporto
	Non usare se la confezione è danneggiata			Numero di catalogo
	Contiene lattice			Senza lattice
	Contiene ftalato			Senza ftalato
	Non utilizzare se l'imballaggio è danneggiato. Seguire attentamente le istruzioni.			Proteggere dalla luce solare
	Limite di temperatura			luftfeuchte begrenzung
	Gocce permililitro			Filtro liquido con dimensione dei pori

Segnalazione degli incidenti

L'utente e/o il paziente segnalano eventuali incidenti gravi verificatisi in relazione al dispositivo a anhui easyway medical supplies co., ltd e all'autorità competente dello Stato membro dell'UE in cui è stabilito l'utente e/o il paziente.

Protezione ambientale

Dopo l'uso di questo prodotto, lo smaltimento dei rifiuti di dispositivi medici è conforme alle normative pertinenti e ai requisiti di protezione ambientale.

Metodo di conservazione e durata di servizio

1. Questo prodotto è valido per cinque anni dalla data di sterilizzazione.

2. Questo prodotto deve essere protetto dalla luce solare diretta, dalla pioggia e dalla neve. Prodotto deve essere conservato in un ambiente relativamente umido inferiore all'80%, non corrosivo, fresco, asciutto, ben ventilato e pulito.

Anhui Easyway Medical Supplies Co., Ltd.
No.8, Tianfeng Road, Yongfeng Industrial Area, Tianchang City, 239300 Anhui, Cina
www.easywaycompany.com

EU REP
Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europa)
Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germania
Tel: +49-40-2513175

Rev.: 2.0 data di entrata in vigore: 8.28.2025