Οδηγίες χρήσης

受控

Ονομασία προϊόντος

Τα στείρα συσκευά έγχυσης για εφάπαξ χρήση

Περιγραφή

Τα στείρα συσκευές έγχυσης αναμένεται να δημιουργήσουν ένα κανάλι μεταξύ της φλέβας και του υγρού φαρμάκου, το οποίο μπορεί να φίλτρωθεί το υγρό, να ρυθμίσει τον ρυθμό ροής και να προσθέσει τη λειτουργία του φαρμάκου,

Υπόδειγμα και κατηγορία

SIS-ACNF-1111, SIS-ACNF-2111, SIS-AFNF-1111, SIS-AFNF-2111, SIS-ACNF-1211, SIS- ACNF-2211, SIS- ACNF-1121, SIS- ACNF-2121, SIS- ACNF-1222, SIS- ACNF-2222, SIS-ACNFLF-2111

SIS-ACNC-1111, SIS-ACNC-2111, SIS-AFNC-1111, SIS-AFNC-2111, SIS-ACNC-1211, SIS-ACNC-2211

Προδιαγραφές και χρωματικοί κωδικοί για βελόνες έγχυσης και

Προδιαγραφές	0, 7 mm	0, 8 mm	0, 9 mm	1, 1 mm	1, 2 mm
Κωδικός χρώματος	Μαύρο	Σκούρο πράσινο	Κίτρινο	Μπεζ	Ροζ

Κύριες δομές και ιδιότητες

Τα προϊόντα αποστειρωμένα συστήματα έγχυσης περιλαμβάνουν προστατευτικό καπάκι της συσκευής διέσπισης, συσκευή διέσπισης, εισαγωγή αέρα με φίλτρο αέρα και κλείσιμο, σωλήνα σταγόνας, θάλαμο σταγόνας, φίλτρο υγρών, σωλήνες, ρυθμιστής ροής, θέση ένεσης, βαλβίδα ελέγχου (εάν διαμορφωθεί), αρσενική κωνική Η συσκευή προορίζεται να χορηγήσει υγρά από ένα δοχείο στο αγγειακό σύστημα του ασθενή μέσω μιας βελόνα ή καθετήρα που εισάγεται στη φλέβα.

Οδηγίες

1. Ανοίξτε τη μονάδα συσκευασία του προϊόντος, αφαιρέστε το προστατευτικό καπάκι της συσκευής δισκωής κλείσιμο και εισάγετε τη συσκευή δισκωής κλείσιμο στο φιάλη ή στο σάκο

2. Κρεμάστε το υγρό φάρμακο ή το σάκο αναπροσόδωμα, χαλαρώστε τον ρυθμιστή ροής, πιέστε το θάλαμο σταγόνας και ελέγχετε το επίπεδο υγρών στο θάλαμο σταγόνας σε περίπου 2/3. Μετά την εξάντληση του αέρα στον σωλήνα, γεμίσετε ολόκληρο το σωλήνα με υγρό φαρμάκου και κλείστε τον ρυθμιστή ροής.

3. Εάν το σύνολο έγχυσης είναι εξοπλισμένο με υποδερμική βελόνα, τραβήξτε το προστατευτικό μανίκι της υποδερμικής βελόνα, εισάγετε την υποδερμική βελόνα στην ανθρώπινη φλέβα, ανοίξτε τον ρυθμιστή ροής και ρυθμίστε την ταχύτητα παράδοσης του διάλυματος του φαρμάκου μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή ταχύτητα

4. Εάν το σύνολο έγχυσης δεν είναι εξοπλισμένο με υποδερμική βελόνα, ανοίξτε τη μονάδα συσκευασία της υποδερμικής βελόνα, τοποθετήστε την υποδερμική βελόνα στο αρσενικό

κωνικό τοποθέτηση στο τέλος του συνολικού έγχυσης και ακολουθήστε τα βήματα 2 και 3.

Προβλεπόμενο σκοπό

Η συσκευή προορίζεται να χορηγήσει υγρά από ένα δοχείο στο αγγειακό σύστημα του ασθενή μέσω μιας βελόνα ή καθετήρα που εισάγεται στη

Προσκοπευμένος χρήστης: Εκπαιδευμένο νοσηλευτικό προσωπικό ιατρικού ιδρύματος.

Προβλεπόμενο πληθυσμός ασθενών: ασθενείς που χρειάζονται ενδοφλέβια υγρά

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

1. Νέα γεννημένα, προεφηβητικοί άνδρες, έγκυες και γαλουχικές γυναίκες χρησιμοποιούν DEHP σύνολα έγχυσης με προσοχή;
2. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται συσκευές έγχυσης που περιέχουν DEHP για έγχυση λιπαρά διαλυτών υγρών και φαρμάκων όπως το λιπαρό γάλα.
3. Το προϊόν αυτό απαγορεύεται να ενέσει φαρμάκια που είναι ασυμβίβαστα με PVC.

Προειδοποιήσεις

1. Αυτό το προϊόν έχει αποστείρωθεί από οξείδιο αιθυλενίου, στείρο, ελεύθερο πυρογόνου, ισχύει για 5 χρόνια.
2. Αυτό το προϊόν απαγορεύεται να χρησιμοποιείται σε σύστημα έγχυσης υψηλής πίεσης.
3. Αυτό το προϊόν χρησιμοποιείται μόνο από εκπαιδευμένα γιατροί ή νοσηλευτικό προσωπικό.
4. Ελέγξτε πριν το άνοιγμα, βλάβη συσκευασίας, προστατευτικό κάλυμμα αποκλείεται, υπάρχουν
5. Αυτό το προϊόν είναι μόνο για μία φορά χρήση, αμέσως μετά το άνοιγμα, καταστρέφει μετά τη χρήση.
6. Αποθηκεύεται στη σχετική υγρασία δεν υπερβαίνει το 80%, δεν διαβρωτικό αέριο, καθαρό περιβάλλον.

Σύμβολο

	Παραγωγός	CE 0123	Σήμα CE και αριθμός αναγνώρισης του κοινοποιημένου
EU REP	Εκτελεστός αντιπρόσωπος στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα	UDI	Μοναδική αναγνώριση συσκευών
	Εισαγωγέας	LOT	Κωδικός παρτίδας
MD	Ιατρικές συσκευές	CN	Ημερομηνία κατασκευής, κατασκευασμένη στην Κίνα
	Προσοχή		Χρήση από
	Συνευμηθείτε οδηγίες χρήσης		Διατηρήστε ξηρά
	Μην επαναχρησιμοποίησε		Κρατήστε μακριά Από το ηλιακό φως

	Αστείρωση με χρήση ΕΟ, ενιαία στείρωση συστήματος			Εθάλασσα, χειρώνεται με προσοχή
	Δοκτές μην επαναποστείρωση			Να διατηρήσετε όρθια κατά τη διάρκεια της
	Μην χρησιμοποιείτε εάν η συσκευασία έχει βλάβη			Αριθμός καταλόγου
	Περιέχει Latex			Δωρεάν από Latex
	Περιέχει φθαλικό			Απωλείδο φθαλικού
	Μην χρησιμοποιείτε εάν η συσκευασία έχει βλάβη. Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες.			Προστατεύεται από το ηλιακό φως
	Όρια θερμοκρασίας			luftfeuchte begrenzung
	Διαγόνες περμιλίτρο			Υγρό φιλτράκι με μέγεθος πόρων

Αναφορά περιστατικών

Ο χρήστης ή/και ο ασθενής αναφέρει κάθε σοβαρό περιστατικό που έχει συμβεί σε σχέση με τη διάταξη στην Anhui Easyway Medical Supplies Co., Ltd και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους της ΕΕ στο οποίο είναι εγκατεστημένος ο χρήστης ή/και ο ασθενής.

Προστασία του περιβάλλοντος

Μετά τη χρήση του προϊόντος, η απόρριψη των αποβλήτων ιατρικών συσκευών πληροί τους σχετικούς κανονισμούς και τις απαιτήσεις

Μέθοδος αποθήκευσης και διάρκεια

1. Το προϊόν αυτό ισχύει για πέντε χρόνια από την ημερομηνία αποστείρωσης.

2. Αυτό το προϊόν πρέπει να προστατεύεται από το άμεσο ηλιακό φως, τη βροχή και το χιόνι. Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται σε σχετικά υγρό λιγότερο από 80%, μη διαβρωτικά αέρια, δροσερό, ξηρό, καλά αεριερωμένο και καθαρό περιβάλλον.

Anhui Easyway Medical Supplies Co., Ltd.
No. 8, Tianfeng Road, Yongfeng Industrial Area, Tianchang City, 239300 Anhui, Κίνα
www.easywaycompany.com

EU REP
Shanghai International Holding Corp. GmbH (Ευρώπη)
Eifffestrasse 80, 20537 Αμβούργο, Γερμανία
Tel: +49- 40- 2513175

Αναθ.: 2.0 Ημερομηνία ισχύος: 8.28.2025