Istruzioni per l'uso

受控

Nome del prodotto

I set di infusione sterili per uso singolo

La descrizione

I set di infusione sterile dovrebbero stabilire un canale tra la vena e il liquido medicinale, che può filtrare il liquido, regolare la portata e aggiungere la funzione farmaceutica, in modo da effettuare infusione endovenosa per i pazienti.

Modello e classe

SIS-ACNF-1111, SIS-ACNF-2111, SIS-AFNF-1111, SIS-AFNF-2111, SIS-ACNF-1211, SIS-ACNF-2211, SIS-ACNF-1121, SIS-ACNF-2121, SIS-ACNF-1222, SIS-ACNF-2222, SIS-ACNFLF-2111

SIS-ACNC-1111, SIS-ACNC-2111, SIS-AFNC-1111, SIS-AFNC-2111, SIS-ACNC-1211, SIS-ACNC-2211

Specifiche corrispondenti e codici di colore per aghi per infusione e aghi per iniezione

Le specifiche	0,7 mm	0,8 mm	0,9 mm	1,1 mm	1,2 mm
Codice di colore	Il nero	Verde scuro	Il giallo	Beige e	Il rosa

Struttura e proprietà principali

I prodotti del set di infusione sterile includono il tappo protettivo del dispositivo di perforazione di chiusura, dispositivo di perforazione di chiusura, ingresso d'aria con filtro d'aria e chiusura, tubo di gocciolamento, camera di gocciolamento, filtro fluido, tubo, regolatore di flusso, sito di iniezione, valvola di ritegno (se configurato), montaggio conico maschio, tappo protettivo del montaggio conico maschio o ago ipodermico. Il dispositivo è destinato a somministrare liquidi da un contenitore al sistema vascolare del paziente attraverso un ago o un catetere inserito nella vena.

Le istruzioni

1. Aprire l'imballaggio dell'unità del prodotto, rimuovere il tappo protettivo del dispositivo di chiusura e inserire il dispositivo di chiusura nella bottiglia o nella sacca di medicinali.
2. Appendere la bottiglia o la sacca del liquido del farmaco sottosopra, allentare il regolatore di flusso, spremere la camera di gocciolamento e controllare il livello del liquido nella camera di gocciolamento a circa 2/3. Dopo aver esaurito l'aria nel tubo, riempire l'intero tubo con liquido medicinale e chiudere il regolatore di flusso.
3. Se il set di infusione è dotato di un ago ipodermico, estrarre il manicotto protettivo dell'ago ipodermico, inserire l'ago ipodermico nella vena umana, aprire il regolatore di flusso e regolare la velocità di consegna della soluzione del farmaco fino a raggiungere la velocità desiderata, allora l'infusione può essere effettuata.
4. Se il set di infusione non è dotato di un ago ipodermico, aprire il pacchetto unitario dell'ago ipodermico, installare l'ago ipodermico sul raccordo conico maschile alla fine del set di infusione e seguire le fasi 2 e 3.

Lo scopo previsto

Il dispositivo è destinato a somministrare liquidi da un contenitore al sistema vascolare del paziente attraverso un ago o un catetere inserito nella vena.

Utente previsto: personale infermieristico qualificato dell'istituto medico.

Popolazione di pazienti prevista: pazienti che necessitano di liquidi endovenosi

Le controindicazioni

1. Neonati, uomini prepuberali, donne in gravidanza e in allattamento usano con cautela i set per infusione contenenti dehp;
2. I set per infusione contenenti dehp non devono essere utilizzati per infusione di liquidi liposolubili e farmaci come il latte grasso;
3. Questo prodotto è vietato di iniettare farmaci che sono incompatibili con il PVC.

L'avvertimento

1. questo prodotto è stato sterilizzato da ossido di etilene, sterile, libero da pirogeni, valido per 5 anni.
2. questo prodotto è vietato di essere utilizzato in sistemi di infusione ad alta pressione.
3. questo prodotto è utilizzato solo da medici addestrati o personale infermieristico.
4. Controlla prima dell'apertura, danni all'imballaggio, copertura protettiva fuori, ci sono corpi estranei vietati.
5. Questo prodotto è solo per un uso unico, immediatamente dopo l'apertura, distruggere dopo l'uso.
6. immagazzinato nell'umidità relativa non è più dell'80%, nessun gas corrosivo, ambiente pulito.

Il simbolo

	Il produttore		Marchio e numero di identificazione dell'organismo notificato
	Rappresentante autorizzato nella Comunità europea		Identificazione unica del dispositivo
	L'importatore		Codice lotto
	Dispositivi medici		Data di fabbricazione, fabbricazione in Cina
	La cautela		Uso da
	Consultare le istruzioni per l'uso		Mantieni asciutto
	Non riutilizzare		Stai lontano. Dalla luce del sole

	Sterilizzato con eo, sistema di barriera sterile singolo			Fragile, maneggiare con cura
	Non risterilizzare i punti			Mantenere in posizione verticale durante il trasporto
	Non usare se la confezione è danneggiata			Numero di catalogo
	Contiene lattice			Senza lattice
	Contiene ftalato			Senza ftalato
	Non utilizzare se l'imballaggio è danneggiato. Seguire attentamente le istruzioni.			Proteggere dalla luce solare
	Limite di temperatura			luftfeuchte begrenzung
	Gocce permililitro			Filtro liquido con dimensione dei pori

Segnalazione degli incidenti

L'utente e/o il paziente segnalano eventuali incidenti gravi verificatisi in relazione al dispositivo all'anhui easyway medical supplies co., ltd e all'autorità competente dello Stato membro dell'UE in cui è stabilito l'utente e/o il paziente.

Protezione ambientale

Dopo l'uso di questo prodotto, lo smaltimento dei rifiuti di dispositivi medici è conforme alle normative pertinenti e ai requisiti di protezione ambientale.

Metodo di conservazione e durata di servizio

1. Questo prodotto è valido per cinque anni dalla data di sterilizzazione.

2. Questo prodotto deve essere protetto dalla luce solare diretta, dalla pioggia e dalla neve. Prodotto deve essere conservato in un ambiente relativamente umido inferiore all'80%, non corrosivo, fresco, asciutto, ben ventilato e pulito.

Anhui Easyway Medical Supplies Co., Ltd.
No.8, Tianfeng Road, Yongfeng Industrial Area, Tianchang City, 239300 Anhui, Cina
www.easywaycompany.com

EU REP
Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europa)
Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germania
Tel: +49-40-2513175

Rev.: 2.0 data di entrata in vigore: 8.28.2025