INSTRUCTIES VOOR

受控

Productnaam

De steriele infusieset voor eenmalig gebruik

Omschrijving

De steriele infusieset zullen naar verwachting een kanaal tussen de ader en het vloeibare geneesmiddel opzetten, dat de vloeistof kan filteren, de stroomsnelheid aanpassen en de functie van het geneesmiddel toevoegen, zodat patiënten intraveneuze infusie kan worden uitgevoerd.

Model en klasse

SIS-ACNF-1111, SIS-ACNF-2111, SIS-AFNF-1111, SIS-AFNF-2111, SIS-ACNF-1211, SIS-ACNF-2211, SIS-ACNF-1121, SIS-ACNF-2121, SIS-ACNF-1222, SIS-ACNF-2222, SIS-ACNFLF-2111

SIS-ACNC-1111, SIS-ACNC-2111, SIS-AFNC-1111, SIS-AFNC-2111, SIS-ACNC-1211, SIS-ACNC-2211

Overeenstemmende specificaties en kleurcodes voor infusienaalden en injectienaalden

Specificatie	0,7 mm	0,8 mm	0,9 mm	1,1 mm	1,2 mm
Kleurcode	Zwart	Donkergroen	Geel	Beige	Roze

Hoofdstructuur en eigenschappen

De steriele infusieset omvatten beschermende dop van sluitende doordop, sluitende doordoordop, luchtinlaat met luchtfilter en sluiting, druppbuis, druppbuis, vloeistoffilter, buisbuis, stroomregulator, injectieplaats, controleklep (indien configureerd), mannelijke conical dop, mannelijke conical dop of hypodermische naald. Het apparaat is bedoeld om vloeistof uit een recipient in het bloedsysteem van een patiënt te toedienen via een naald of kateter in de ader ingevoegd.

Instructies

1. Open de eenheidsverpakking van het product, verwijder de beschermende dop van de sluitdoordoormiddel en voeg de sluitdoordoormiddel in de fles of de geneesmiddelzak in.
2. Hang de vloeibare fles of zak van het geneesmiddel omgekeerd, lossen de stroomregulator, druk de druppelkamer en beheer het vloeibare niveau in de druppelkamer op ongeveer 2/3. Na de lucht in de buis is uituitgevoerd, vull de hele buis met de vloeistof van geneesmiddel en sluit de stroomregulator.
3. Als de infusieset is uitgerust met een hypodermische naald, trek de beschermende moel van de hypodermische naald uit, voeg de hypodermische naald in de menselijke ader, open de stroomregulator en stel de toedieningssnelheid van de geneesmiddeloplossing aan totdat de gewenste snelheid is bereikt, dan kan de infusie worden uitgevoerd.
4. Als de infusieset niet uitgerust is met een hypodermische naald, open de eenheidsverpakking van de hypodermische naald, installeren de hypodermische naald aan het einde van de infusieset op de mannelijke conische aanpassing en volg de stappen 2 en 3.

Beoogde doel

Het apparaat is bedoeld om vloeistof uit een recipient in het bloedsysteem van een patiënt te toedienen via een naald of kateter in de ader ingevoegd.

Beoogde gebruiker: opgeleid medisch verpleegpersoneel.

Beschikte patiëntenpopulatie: patiënten die intraveneuze vloeistof nodig hebben

CONTRAINDICATIES

1. pasgeborenen, mannen prepubertaal, zwangere en borstvoerende vrouwen gebruiken met voorzichtigheid DEHP bevattende infusiesets;
2. DEHP bevattende infusiesets mogen niet worden gebruikt voor infusie van vetoplosbare vloeistoffen en geneesmiddelen zoals vetmelk;
3. Dit product is verboden om drugs te injecteren die onverenigbaar zijn met PVC.

Waarschuwingen

1. Dit product is steriliseerd met steriel, pyrogenvrij ethyleenoxide, geldig gedurende vijf jaar.
2. Dit product is verboden om te worden gebruikt in hogedrukinfusiesysteem.
3. Dit product wordt alleen gebruikt door opgeleid arts of verpleegkundige personeel.
4. Controleer voordat het openen, beschadiging van de verpakking, beschermende dekking afschakelen, is er verboden gebruik van vreemde lichamen
5. Dit product is slechts voor eenmalig gebruik, onmiddellijk na opening en na gebruik vernietigen.
6. opgeslagen in de relatieve vochtigheid is niet meer dan 80%, geen corrosief gas, schoon omgeving.

Symbool

	Fabrikant		CE-merk en identificatienummer van de aangemelde instantie
	Gemachtigde vertegenwoordiger in de Europese Gemeenschap		Unieke identificatie van het apparaat
	Importeur		Partij code
	Medische hulpmiddelen		Datum van vervaardiging, vervaardigd in China
	Voorzichtigheid		Gebruik door
	Raadpleeg instructies voor gebruik		Droog houden
	Niet hergebruiken		Verwijd houden Vanuit zonlicht
	Gesteriliseerd met behulp van EO, enkel steriel barriersysteem		Kroosbaar, met zorgvuldig handelen

	Dot niet hersteriliseren			Houd tijdens het vervoer op rechtop
	Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is			Catalogusnummer
	Bevat latex			Latexvrij
	Bevat ftalaat			Ftalaatvrij
	Niet gebruiken als de verpakking beschadigd is. Volg de instructies zorgvuldig.			Beschermen tegen zonlicht
	Temperatuurgrenzen			luftfeuchte begrenzung
	Droppels permilliliter			Vloeibare filtermet poriengrootte

Rapportering van incidenten

De gebruiker en/of patiënt melden elk ernstige incident die in verband met het apparaat is voorgedaan aan Anhui Easyway Medical Supplies Co., Ltd en de bevoegde autoriteit van de EU-lidstaat waar de gebruiker en/of patiënt gevestigd is.

Milieubescherming

Na het gebruik van dit product voldoet de verwijdering van afval van medisch hulpmiddel aan de desbetreffende voorschriften en milieubeschermingsvoorschriften

Opslagmethode en duur

1. Dit product is geldig voor vijf jaar vanaf de sterilisatie.
2. Dit product moet beschermd worden tegen direct zonlicht, regen en sneeuwsneeu. Het product moet worden opgeslagen in een relatief vochtige minder dan 80%, niet-corrosieve gassen, koel, droog, goed ventileerde en schoon omgeving.

Anhui Easyway Medical Supplies Co., Ltd
8, Tianfeng Road, Yongfeng Industrial Area, Tianchang City, 239300 Anhui, China
www.easywaycompany.com

EU REP
Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europa)
Eifffestrasse 80, 20537 Hamburg, Duitsland
Tel: +49-40-2513175

Rev.: 2.0 Inwerkingedatum: 8.28.2025