Instrukcja dotycząca użycia

受控

Nazwa produktu

Sterylowe zestrowe infuzyjne do jednorazowe

Opis

Sterylowe zestrowe infuzyjne będą ustanowiać kanał pomiędzy żyłą a płynnym lekiem, który może filtrować płynny, dostosować szybkość przepływu i dodać funkcję leku, tak by prowadzić infuzję dożylną dla

Model i klasy

SIS-ACNF-1111, SIS-ACNF-2111, SIS-AFNF-1111, SIS-AFNF-2111, SIS-ACNF-1211, SIS-ACNF-2211, SIS-ACNF-1121, SIS-ACNF-2121, SIS-ACNF-1222, SIS-ACNF-2222, SIS-ACNFLF-2111

SIS-ACNC-1111, SIS-ACNC-2111, SIS-AFNC-1111, SIS-AFNC-2111, SIS-ACNC-1211, SIS-ACNC-2211

Zgodne specyfikacje i kody kolorowych igieł infuzyjnych i igieł

Specyfikacja	0, 7 mm	0, 8 mm	0, 9 mm	1,1 mm	1,2 mm
Kod kolorów	Czarny	Ciemnozielonowej	Żółty	Beżowy	Różowy

Główne struktura i właściwości

Sterylowe produkty zestaw infuzji obejmują kapływę ochronną urządzenia przebrania zamknięcia, urządzenie przebrania zamknięcia, wjazd powietrza z filtrem powietrza i zamknięcie, rurka kroplia, komora kroplia, filtru płynny, tubka, regulator przepływu, miejsce wstrzyknięcia, zawał kontrolowy (jeżeli konfiguracja), czepływę ochronną Urządzenie jest przeznaczone do podawania płynów z pojemnika do układu naczyniowego pacjenta przez igłę lub cieżnik włączony do żyły.

Instrukcje

1. Otwórz jednostkowy opakowanie produktu, usunąć kapływę ochronną urządzenia przebrania zamknięcia i włączcie urządzenia przebrania zamknięcia do butelki lub worku leku.
2. Wywiescie butelkę lub torbę płynnej do góry do góry, rozłagnij regulator przepływu, nacisnij komórę kroplywą i kontrolować poziom płynów w komorze kroplywą na około Po wyczerpaniu powietrza w rurze należy całą rurę płynem leku i zamknić regulator przepływu.
3. Jeśli zestaw infuzji jest wyposażony igłą hipodermią, wyciągnij rękę ochronną igłą hipodermią, włączcie igłę hipodermią do żyły ludzkiej, otworzyć regulator przepływu i dostosować prędkość dostawania roztworu leku aż nie zostanie osiągnięta pożądanej prędkości, wtedy można przeprowadzić
4. Jeśli zestaw infuzji nie jest wyposażony igłą hipodermią, otworzyć jednostkowe opakowanie igły hipodermią, zastąpić igłę hipodermią na konusowym mężczyzną na konusowym konusu i zestaw zestaw infuzji i zastąpić kroki 2 i 3.

Celem zamierzony

Urządzenie jest przeznaczone do podawania płynów z pojemnika do układu naczyniowego pacjenta przez igłę lub cieżnik włączony do żyły.

Użytkownik zamierzony: szkolony pracownik pielęgniarki

Populacja pacjentów: pacjentów, którzy potrzebują płynów dożylnych

Przeciwwskazania

1. Nowodnoczone, mężczyźni przedpubertne, w ciąży i kobiety w kojące czerujące ostrożność stosują zestawy infuzyjne
2. zestawy infuzyjne zawierające DEHP nie należy stosować do infuzji płynów rozpuszczających w tłuszach oraz leków, takich
3. Ten produkt jest zakazany wstrzyknięcie leków, które nie są nieodpowiednie z PVC.

Ostrzeżenia

1. Produkt ten został sterylyzony przez tlenek etylenu, steryliowy, wolny pyrogeny, ważny przez 5 lat.
2. Zakazano stosowanie tego produktu w systemie infuzji wysokiego ciśnienia.
3. Produkt ten jest stosowany tylko przez wyszkolonych lekarzy lub pracowników
4. Sprawdź przed otwarciem, uszkodzenie opakowania, odkrycie ochronne, istnieje obcze organy zakazane
5. Produkt ten jest do jednorazowego użycia, natychmiast po otwarciu, zniszczenie po użyciu.
6. Przechowywany w względnej wolności nie jest więcej niż 80%, bez gazu korozyjnego, czyste środowisko.

Symbol

	Wytwarzec		Znacz CE i numer identyfikacyjnego organu notyfikowanego
	Zawarżony przedstawiciel w Wspólnoty		Unikalna identifikacja urządzenia
	Importer		Kod serii
	Urządzenia medyczne		Data produkcji, wyrobione w Chinach
	Ostrożność		Używanie przez
	Konsultujcie z instrukcji dotyczących		Utrzymaj suchy
	Nie powtórzyć ponownie		Trzymaj się z daleka. Z słońca słońca
	Sterylizzowana za pomocą EO, jednosterylowanego systemu		Kruchy, zajmuj się ostrożnie

	Dot nie ponownie sterylizuje			Trzymaj się w wykładzie podczas transportu
	Nie stosować, jeśli opakowanie jest uszkodzone			Numer katalogu
	Zawiera Latex			LaTeX bez
	Zawiera ftalat			Wolny ftalat
	Nie stosować, jeśli opakowanie jest uszkodzone. Uważnie zastosować instrukcji.			Ochronić przed słońcem
	Limity temperatury			luftfeuchte begrenzung
	Krople permililitru			Filter płynny z rozmiarem porów

Zgłaszanie incydentów

Użytkownik i/lub pacjent zgłaszają każdy poważny incydent, który wystąpił związek z urządzeniem Anhui Easyway Medical Supplies Co., Ltd oraz właściwego organu państwa członkowskiego UE, w którym jest siedziby użytkownik i/lub

Ochrona środowiska naturalnego

Po użyciu tego produktu usunięcie odpadów z urządzeń medycznych zgodnie z odpowiednimi przepisami i wymogami ochrony

Metoda przechowywania i okres życia

1. Produkt ten jest ważny przez pięć lat od daty sterylacji.

2. Produkt ten należy chronić przed bezpośrednim słońcem, deszczem i Produkt należy przechowywać w stosunkowo wolkowym niż 80%, nieporozyjnym gazom, chłodnym, suchim, dobrze wentylacyjnym i czystym środowisku.

Anhui Easyway Medical Supplies Co., Ltd.
No. 8, Tianfeng Road, Yongfeng Industrial Area, Tianchang City, 239300 Anhui, Chiny
www.easywaycompany.com

EU REP
Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europa)
Eifffestrasse 80, 20537 Hamburg, Niemiec
Tel: +49-40-2513175